

TEST REALISE LE 30/01/2020 SUR EQUIPEMENT SFP

Test Certificate

Date : 30/01/2020
Part Number : FFP2
Serial Number : UFM5599
Filter Efficiency : 97.89584%
Filter Penetration : 2.104156%

Test Conditions :

Challenge Reference : 66.60%
Pressure : 147 Pa
Temperature : 18°C
Humidity : 40 %RH
Test Flow Rate : 95.1l/min
Test Area : 182 cm²
Face Velocity : 5.22 m/sec
Ambient Conditions :
Temperature : 20 °C
Humidity : 40 %RH
Barometric Pressure : 1013 mbar

Appréciation :

Les masques FFP2 du Lot N°100017 répondent aux exigences de la Norme EN 149 + A1 : 2009 CE et sont conformes.